



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ24.Н04154

Срок действия с 26.05.2010

по 25.05.2013

№ 0025918

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.0001.11ИМ24

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ",

125040, г. Москва, Беговая аллея, д. 3, тел/факс (495) 783-42-17, факс (495) 945-64-85

## ПРОДУКЦИЯ

Кондиционер центральный медицинский типа

"МЕД"

код ОК 005 (ОКП):

94 5140

Серийный выпуск  
ТУ 9451-101-99713521-2010

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92 (р. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2-2001)

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "ТехноГрупп", Россия, ОКПО 99713521, 117393,  
Москва, ул. Профсоюзная, д. 66, стр. 1

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО "ТехноГрупп", Россия, ИНН 7728615387, 117393, Москва, ул.  
Профсоюзная, д. 66, стр. 1, телефон/факс: (495)741-33-03

**НА ОСНОВАНИИ** протокола технических испытаний № 0471-1-10 от 20.03.2010 ИЛ ФГУП "НПП  
"Циклон-Тест", рег. № РОСС RU.0001.21МО46; протокола испытаний № 0471-2-10 от 19.02.2010 ИЛ ФГУП  
"НПП "Циклон-Тест", рег. № РОСС RU.0001.21МЭ16.  
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального  
развития № ФСР 2010/07535 от 26.04.2010

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия допускается.



Руководитель органа

  
подпись

А.Д. Доко

инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

М.П. Груздова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации